



Área personal Mis cursos UAH-HEMO Módulo VI: Monitorizacion Hemodinamica Examen módulo VI

Comenzado el	miércoles, 17 de febrero de 2021, 10:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 17 de febrero de 2021, 10:42
Tiempo empleado	36 minutos 38 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso.

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se le puede llamar también a la presión capilar pulmonary?

- Seleccione una:
- ☐ a. Presión de enclavamiento pulmonar.
 - ☐ b. Presión de arterial pulmonar en cuña.
 - ☐ c. Presión de oclusión de la arteria pulmonar.
 - ☒ d. Todas las opciones son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cada cuánto tiempo hay que calibrar el PiCOO?

- Seleccione una:
- ☐ a. Siempre que haya un cambio hemodinámico importante.
 - ☐ b. Cada 8 horas.
 - ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
 - ☒ d. Cada 8 horas o cuando haya un cambio importante. ✓

La respuesta correcta es: Cada 8 horas o cuando haya un cambio importante.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el acceso más frecuente para la cateterización arterial para medir la presión arterial invasiva?

- Seleccione una:
- ☐ a. Opción b: Poplíteo.
 - ☒ b. Ninguna de las anteriores. ✓
 - ☐ c. Opción a: Cubital.
 - ☐ d. Opción c: Pedio.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el método que emplea una sola infusión para su calibración?

Seleccione una:

- ☐ a. El CAP.
- ☐ b. El VolumeView.
- ☒ c. El LIDCO Plus. ✓
- ☐ d. El PiCOO.

La respuesta correcta es: El LIDCO Plus.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es el parámetro más importante que podemos medir dentro de la monitorización hemodinámica?

Seleccione una:

- ☐ a. La fracción de eyección.
- ☒ b. La presión arterial invasiva. ✓
- ☐ c. La presión venosa central.
- ☐ d. La saturación venosa mixta.

La respuesta correcta es: La presión arterial invasiva.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

¿Cuál es el valor de la presión arterial media?

Seleccione una:

- ☐ a. La suma de la PA sistólica y dos veces la PA diastólica partido por 3.
- ☒ b. La suma de la PA sistólica y tres veces la PA diastólica partido por 2. ✗
- ☐ c. La suma de la PA sistólica y la PA diastólica partido por 2.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: La suma de la PA sistólica y dos veces la PA diastólica partido por 3.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál es la cantidad y temperatura ideal al realizar la medición del gasto cardíaco?

Seleccione una:

- ☒ a. 10 ml entre 0 y 5 grados celsius ✓
- ☐ b. 8 ml entre 5 y 10 grados celsius
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ d. 5 ml entre 0 y 5 grados celsius

La respuesta correcta es: 10 ml entre 0 y 5 grados celsius

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la condición ideal para medir el gasto cardíaco?

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las opciones son correctas. ✓
- ☐ b. Al final de la espiración.
- ☐ c. Realizar al menos tres mediciones.
- ☐ d. Paciente en decúbito supino o semi-Fowler.

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la finalidad de la monitorización hemodinámica?

Seleccione una:

- ☐ a. La medición de los parámetros antropométricos básicos.
- ☐ b. La vigilancia de las presiones extravasculares.
- ☐ c. La vigilancia de las constantes vitales de un paciente.
- ☒ d. La vigilancia de la presiones intravasculares. ✓

La respuesta correcta es: La vigilancia de la presiones intravasculares.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el objetivo para mantener la saturación venosa mixta en un paciente séptico?

Seleccione una:

- ☐ a. 60%
- ☒ b. 70% ✓
- ☐ c. 50%
- ☐ d. 80%

La respuesta correcta es: 70%

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo diremos que un paciente tiene hipotensión con respecto a la presión arterial media (PAM)?

Seleccione una:

- ☒ a. Cuando PAM menor de 65 mm Hg. ✓
- ☐ b. Cuando PAM menor de 90 mm Hg.
- ☐ c. Cuando PAM menor de 50 mm Hg.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Cuando PAM menor de 65 mm Hg.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué se diferencian las mediciones realizadas por el sistema PiCOO y el VolumeView?

Seleccione una:

- ☒ a. Se diferencian en los algoritmos que emplean. ✓
- ☐ b. Ninguna de las anteriores.
- ☐ c. Se diferencian en el principio empleado para la medición (termodilución en uno y análisis de la onda de pulso en otro).
- ☐ d. No hay diferencias.

La respuesta correcta es: Se diferencian en los algoritmos que emplean.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La diferencia fundamental entre el CAP y el PiCOO es:

Seleccione una:

- ☐ a. Uno mide presiones y el otro mide volúmenes.
- ☐ b. Uno calcula presiones y el otro mide volúmenes.
- ☒ c. Uno mide presiones y el otro calcula volúmenes. ✓
- ☐ d. Uno calcula presiones y el otro calcula volúmenes.

La respuesta correcta es: Uno mide presiones y el otro calcula volúmenes.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es un componente de un sistema hemodinámico:

Seleccione una:

- ☐ a. Un sistema presurizado con suero salino fisiológico.
- ☒ b. Un catéter extravascular. ✓
- ☐ c. Un monitor conectado al transductor.
- ☐ d. Un transductor o cabeza de presiones.

La respuesta correcta es: Un catéter extravascular.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una patología que produce elevación de la presión venosa central:

Seleccione una:

- ☐ a. Insuficiencia cardíaca derecha.
- ☒ b. Insuficiencia mitral. ✓
- ☐ c. Pericarditis constrictive
- ☐ d. Taponamiento cardíaco.

La respuesta correcta es: Insuficiencia mitral.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

No es una premisa de un sistema de monitorización hemodinámica ideal:

Seleccione una:

- ☐ a. Continuo.
- ☒ b. Invasivo. ✓
- ☐ c. Fiable.
- ☐ d. Reproducible.

La respuesta correcta es: Invasivo.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para qué fue diseñado el catéter de arteria pulmonar o de Swan-Ganz:

Seleccione una:

- ☒ a. Para medir el gasto cardíaco. ✓
- ☐ b. Para medir la presión venosa central.
- ☐ c. Para medir la insuficiencia tricúspide.
- ☐ d. Para medir la presión arterial media.

La respuesta correcta es: Para medir el gasto cardíaco.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué complicaciones pueden aparecer en la monitorización hemodinámica?

Seleccione una:

- ☐ a. Infección.
- ☒ b. Infección y hemorragia. ✓
- ☐ c. Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
- ☐ d. Hemorragia.

La respuesta correcta es: Infección y hemorragia.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el gasto cardíaco?

Seleccione una:

- ☒ a. La cantidad de sangre que el corazón es capaz de bombear por minuto. ✓
- ☐ b. El producto de volumen diastólico por la frecuencia cardíaca.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores es correcta.
- ☐ d. El consumo de O2 del músculo cardíaco.

La respuesta correcta es: La cantidad de sangre que el corazón es capaz de bombear por minuto.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué mide la presión venosa central?

Seleccione una:

- ☐ a. Opción b: La presión en la aurícula derecha.
- ☐ b. Opción c: La presión en la vena cava superior.
- ☐ c. Opción a: La presión en la arteria pulmonar.
- ☒ d. Las opciones b y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las opciones b y c son correctas.



ESCRÍBENOS

¿Tienes alguna duda o quieres comentarnos algo?
Estamos encantados de atenderte. Escríbenos a:

informacion@cursosfnn.com



CONTACTO

Calle Roncesvalles Nº42 C 28691

Villanueva de la Cañada Madrid

www.cursosfnn.com

Teléfono(s):
Centralita: 91 109 06 24



LEGAL

Las Cookies

Aviso Legal

Política de privacidad

Síguenos



Descargar la app para dispositivos móviles

Resumen de conservación de datos

 Descargar la app para dispositivos móviles