

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿cuál es la longitud generalmente asociada a la vena umbilical por donde se introduce el CVU?

Seleccione una:

a.  
4-6 cm.

b.  
2-4 mm.

c.  
1-3 cm.

d.  
5-8 cm.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se clasifican los catéteres periféricos cortos en cuanto a su sistema?

Seleccione una:

a.  
Exclusivamente sistemas abiertos.

b.  
Sistemas cerrados o integrados.

c.  
Catéteres únicos.

d.  
Catéteres dobles.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la principal ventaja de los catéteres venosos periféricos largos en comparación con los catéteres cortos?

Seleccione una:

- a.  
Mayor facilidad de inserción.
- 
- b.  
Acceso a venas más profundas y no utilizadas.
- 
- c.  
Menor durabilidad.
- 
- d.  
Mayor riesgo de desplazamiento.

Pregunta **4**  
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué calibre de catéter venoso periférico se considera adecuado para bebés con un peso extremadamente bajo al nacer (menor que 1000 gramos)?

Seleccione una:

- 
- a.  
20G-22G
- 
- b.  
24G-26G
- 
- c.  
18G-20G
- 
- d.  
22G-24G

Pregunta **5**  
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El material más recomendado para la fabricación de los dispositivos venosos periféricos largos será:

Seleccione una:

- 
- a.  
Silicona
- 
- b.  
Poliuretano o polieter amida
- 
- c.  
Teflón
- 
- d.  
Todos ellos

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué recomendación se hace en la técnica de punción ecoguiada durante la implantación de CVPL?

Seleccione una:

a.  
Realizarla solo en pacientes con venas superficiales.

b.  
Evitar su uso en pacientes DIVA.

c.  
Realizarla mediante seguimiento dinámico de la punta.

d.  
Utilizarla solo en la técnica Seldinger acelerada.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué procedimiento se desaconseja para la estimación de la posición de la punta del catéter debido a su inexactitud y efectos adversos?

Seleccione una:

a.  
Evaluación ecográfica

b.  
Radiografías post-procedimiento

c.  
Prueba de burbujas

d.  
Sistema de electrocardiograma intracavitario (IC-ECG)

Pregunta **8**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué situaciones se discute la opción de ubicación subhepática del CVU?

Seleccione una:

- a.  
En recién nacidos mayores de dos semanas.
- 
- b.  
En casos de emergencia.
- 
- c.  
Cuando el catéter está atrapado en una vena inflamada o rota.
- 
- d.  
En situaciones de fácil acceso venoso periférico.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué características definen a los catéteres periféricos cortos?

Seleccione una:

- 
- a.  
Longitud mayor a 7 centímetros.
- 
- b.  
Diseño compacto y fácil inserción.
- 
- c.  
Uso exclusivo para pacientes pediátricos.
- 
- d.  
Inserción profunda en la vena cava.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la recomendación principal para la selección del catéter venoso en relación con su contexto de uso?

Seleccione una:

- 
- a.  
Seleccionar el catéter más económico.
- 
- b.  
Evaluar la duración del tratamiento y las características del paciente.
- 
- c.  
Elegir el catéter de mayor longitud disponible.
- 
- d.  
Preferir catéteres de calibre más grande.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el método recomendado para la fijación del catéter y la protección del sitio de inserción en pacientes pediátricos?

Seleccione una:

a.  
Suturas directas

b.  
Uso de apósitos temporales

c.  
Aplicación de pegamento de cianoacrilato o dispositivos de fijación sin sutura

d.  
Cambio diario de apósitos definitivos

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué compone el kit introductor utilizado durante la implantación del Catéter Intravenoso Central de Inserción Periférica (PICC)?

Seleccione una:

a.  
Dilatador y guía

b.  
Aguja y cánula

c.  
Dilatador y cánula pelable

d.  
Bisturí y guía

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De los siguientes dispositivos, cual tendrá una indicación más efectiva para conseguir extracciones de muestras de sangre seriadas.

Seleccione una:

a. Todos son válidos para las extracciones de sangre seriadas de forma duradera

b. Catéter Venoso Periférico Corto (CVPC)

c. Catéter Midline

d. Catéter Venoso Periférico Largo (CVPL)

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué precaución se debe tener al extraer sangre del CVU en neonatos prematuros?

Seleccione una:

a. Realizar la extracción rápidamente.

b. Realizar la extracción lentamente para evitar afectar la oxigenación cerebral.

c. Evitar la confirmación intraprocedimiento.

d. No se requiere precaución especial.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Respecto a las cánulas periféricas cortas, indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

a. Su uso será para tratamientos de hasta 7-10 días

b. Las cánulas venosas periféricas cortas integradas presenta tiempos de uso más prolongados de hasta 15 días

c. Su uso no debe exceder las 24-48 horas y 7 días para cánulas integradas

d. El uso de estas cánulas será hasta que pierda su funcionalidad, donde se implantará una nueva

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué situaciones la ecografía es de gran ayuda para implantar el catéter de manera rápida y precisa?

Seleccione una:

a.

En todas las situaciones.

b.

Solo en pacientes adultos.

c.

Cuando se use la extremidad superior.

d.

Cuando las condiciones de asepsia se han cumplido adecuadamente.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo se clasifican los dispositivos venosos según la nomenclatura WoCoVa?

Seleccione una:

a.

Solo en catéteres periféricos.

b.

Catéteres periféricos y centrales.

c.

Catéteres centrales y subcutáneos.

d.

Exclusivamente en catéteres cortos.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿En qué situaciones se recomienda el uso del CVU según las directrices de Shahid et al.?

Seleccione una:

a.

En todos los neonatos sin excepción.

b.

En bebés prematuros = 28 semanas y recién nacidos =29 semanas con condiciones específicas.

c.

Solo cuando no se puede establecer acceso intravenoso periférico.

d.

En casos de acceso vascular no urgente.

Pregunta **19**  
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Por qué es crucial la confirmación intraprocedimiento de la ubicación de la punta del catéter mediante ultrasonido?

Seleccione una:

a.

Para mejorar la oxigenación cerebral.

b.

Evitar complicaciones graves en los neonatos.

c.

Aumentar la velocidad de infusión.

d.

Reducir el riesgo de trombosis.

Pregunta **20**  
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál es una contraindicación para la colocación de CVU relacionada con la anatomía vascular?

Seleccione una:

a.

Malformaciones genéticas.

b.

Trombosis venosa.

c.

Aneurismas en las venas umbilicales o la vena portal.

d.

Todas las anteriores.