Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

El catéter PICC en determinadas circunstancias se debe dar preferencias frente a los catéteres de posicionamiento central insertados centralmente (CICC) o los de posicionamiento central insertados femoralmente (FICC).

Seleccione una:

- a. Tendrán preferencia los catéteres CICC o FICC por presentar menos efectos adversos
- b. Queda a decisión del operador que implante el dispositivo
- c. En casos de bajo recuento de plaquetas o alto riesgo de sangrado
- d. En caso de emergencia vital

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Qué material de fabricación contribuye a la seguridad y durabilidad de los CVPL?

Seleccione una:

- a. Aluminio.
- b. Polietileno.
- c. Poliuretano (PUR) o poliéter amida (PEBA).
- d. Cartón.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Qué precauciones deben tomarse antes de la inserción del CEC?

Seleccione una:

- a. Uso de precauciones de barrera máximas.
- b. Lavado de manos.
- c. Verificación del contenido del equipo de inserción.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Cuál es el método recomendado para la fijación del catéter y la protección del sitio de inserción en pacientes pediátricos?

Seleccione una:

- a. Suturas directas
- b. Uso de apósitos temporales
- c. Aplicación de pegamento de cianoacrilato o dispositivos de fijación sin sutura
- d. Cambio diario de apósitos definitivos

Pregunta

5

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿En qué situaciones se discute la opción de ubicación subhepática del CVU?

Seleccione una:

- a. En recién nacidos mayores de dos semanas.
- b. En casos de emergencia.
- c. Cuando el catéter está atrapado en una vena inflamada o rota.
- d. En situaciones de fácil acceso venoso periférico.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Cuál es la función principal del conducto venoso de Arancio (CVA) en relación con el CVU?

Seleccione una:

- a. Facilitar la oxigenación pulmonar.
- b. Conectar con la arteria pulmonar.
- c. Establecer una conexión con la aurícula derecha.
- d. Establecer una conexión entre la rama izquierda de la vena porta y la vena cava inferior.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Cómo se clasifican los catéteres periféricos cortos en cuanto a su sistema?

Seleccione una:

- a. Exclusivamente sistemas abiertos.
- b. Sistemas cerrados o integrados.
- c. Catéteres únicos.
- d. Catéteres dobles.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Qué protocolo propone una evaluación sistemática de las venas superficiales en neonatos?

Seleccione una:

- a. Protocolo de Evaluación Rápida de Venas (RaPeVa)
- b. Protocolo de Evaluación de Acceso Vascular (EVA)
- c. Protocolo de Evaluación Rápida de Venas Superficiales (RaSuVA)
- d. Protocolo de Evaluación de Catéteres Venosos (ECAVE)

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

Indique la respuesta incorrecta respecto al catéter Midline:

Seleccione una:

- a. Los catéteres Midline están indicados cuando se requiere un acceso venoso prolongado y seguro cercano al mes
- b. Indicado para tratamientos antimicrobianos incluso ambulatorios
- c. Los dispositivos Midline pediátricos son válidos para la extracción de muestras de sangre periódicas
- d. Los catéteres Midline están indicados cuando se requiere un acceso venoso prolongado y seguro de hasta 6 meses

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Cuál es la recomendación principal para la selección del catéter venoso en relación con su contexto de uso?

Seleccione una:

- a. Seleccionar el catéter más económico.
- b. Evaluar la duración del tratamiento y las características del paciente.
- c. Elegir el catéter de mayor longitud disponible.
- d. Preferir catéteres de calibre más grande.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

El material más recomendado para la fabricación de los dispositivos venosos periféricos largos será:

Seleccione una:

- a. Silicona
- b. Poliuretano o polieter amida
- c. Teflón
- d. Todos ellos

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Qué complicación puede surgir si un CVU está colocado fuera de su ubicación habitual en el conducto venoso de Arancio?

Seleccione una:

- a. Infección local.
- b. Trombosis venosa.
- c. Riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante (NEC).
- d. Obstrucción del catéter.

Pregunta

13

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es una contraindicación para la colocación de CVU relacionada con la anatomía vascular?

Seleccione una:

- a. Malformaciones genéticas.
- b. Trombosis venosa.
- c. Aneurismas en las venas umbilicales o la vena portal.
- d. Todas las anteriores.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es el rango de calibres para los catéteres periféricos cortos?

Seleccione una:

- a. 10G-16G.
- b. 18G-24G.
- c. 26G-14G.
- d. 30G-8G.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es la función principal del adhesivo tisular en la implantación de CVPL?

Seleccione una:

- a. Aumentar el riesgo de sangrado.
- b. Incrementar la contaminación bacteriana.
- c. Detener el sangrado, disminuir la contaminación bacteriana y mejorar la estabilización del dispositivo.
- d. Mejorar la movilidad del catéter.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿En qué situaciones la ecografía es de gran ayuda para implantar el catéter de manera rápida y precisa?

Seleccione una:

- a. En todas las situaciones.
- b. Solo en pacientes adultos.
- c. Cuando se use la extremidad superior.
- d. Cuando las condiciones de asepsia se han cumplido adecuadamente.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Cuál es la recomendación para el deslizamiento de la guía dentro del vaso durante la implantación del acceso vascular?

Seleccione una:

- a. Deslizamiento con fricción moderada
- b. Deslizamiento con poca fricción
- c. Uso de porta-guías para facilitar la introducción
- d. Deslizamiento rápido para reducir el tiempo del procedimiento

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Dónde puede quedar bloqueado un catéter umbilical en su trayecto?

Seleccione una:

- a. En la arteria pulmonar.
- b. En la vena cava superior.
- c. En la circulación portal.
- d. En la aurícula izquierda.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Cuándo se desaconseja la colocación de CVU en neonatos?

Seleccione una:

- a. En todos los bebés prematuros.
- b. En casos de malformaciones de la pared abdominal como la laparosquisis y el onfalocele
- c. Siempre que haya facilidad para un acceso venoso periférico.
- d. Cuando se necesita reanimación postnatal.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

▼ Marcar
pregunta

¿Qué calibre de catéter venoso periférico se considera adecuado para bebés con un peso extremadamente bajo al nacer (menor que 1000 gramos)?

Seleccione una:

- a. 20G-22G
- b. 24G-26G
- c. 18G-20G
- d. 22G-24G