

**Comenzado el** jueves, 16 de abril de 2026, 09:54

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 16 de abril de 2026, 10:09

**Tiempo empleado** 15 minutos 3 segundos

**Puntos** 20,00/20,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En nebulización, el profesional debe comprobar:

- a. Que el paciente inhale muy rápido
- b. Que el dispositivo esté correctamente montado ✓
- c. Que no se limpie nunca
- d. Que se mezcle con cualquier líquido

---

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En bombas domiciliarias, la seguridad depende en gran parte de:

- a. Revisar alarmas, conexiones y flujo programado ✓
  - b. Dejar el equipo sin supervisión
  - c. No registrar incidencias
  - d. No formar al paciente
-

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En pacientes con EPOC en OTD, el objetivo de SpO<sub>2</sub> suele ser:

- a. 80–85%
  - b. 88–92% ✓
  - c. Mayor que 95%
  - d. 70–75%
- 

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La pulsioximetría es especialmente útil para el seguimiento de pacientes con:

- a. Hepatopatía crónica
  - b. Anemia
  - c. EPOC ✓
  - d. Hipotiroidismo
- 

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema VAC® se caracteriza por:

- a. Ser desechable
  - b. Tener potencia limitada
  - c. Ser ideal para heridas profundas o muy exudativas ✓
  - d. No controlar la presión negativa
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En OTD, un riesgo grave es:

- a. Hipotermia
- b. Fiebre
- c. Incendio por fumar cerca del oxígeno ✓
- d. Hiperglucemia

---

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un error frecuente con inhaladores presurizados (pMDI) es:

- a. Exhalar antes del disparo
- b. Inhalar lentamente
- c. Falta de coordinación inhalación-pulsación ✓
- d. Mantener la apnea tras inhalar

---

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En VMNI, una causa común de mala eficacia terapéutica es:

- a. Humidificación excesiva
  - b. Fugas en la interfaz ✓
  - c. Uso de mascarilla nasal
  - d. Exceso de adherencia
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un efecto secundario frecuente de la VMNI es:

- a. Hipotermia
- b. Hipertensión
- c. Lesiones por presión en puente nasal ✓
- d. Retención urinaria

---

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema PICO® tiene una duración aproximada de:

- a. 1 día
- b. 3 días
- c. 7 días ✓
- d. 30 días

---

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El dispositivo más adecuado para terapias intravenosas prolongadas en domicilio es:

- a. CVP
  - b. PICC ✓
  - c. CVC femoral
  - d. Catéter subcutáneo no implantable
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una complicación frecuente en urostomías es:

- a. Estreñimiento
- b. Colitis
- c. Infección urinaria ✓
- d. Hemorragia masiva

---

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En nebulización, un punto clave de educación al paciente es:

- a. Limpiar el nebulizador cada 15 días
- b. Usar agua del grifo en la preparación
- c. Realizar la técnica sentado y respirando de forma calmada ✓
- d. No revisar la medicación previamente

---

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La confirmación de posición de un CVC tras su inserción habitualmente requiere:

- a. Gasometría arterial
  - b. Ecografía abdominal
  - c. Auscultación pulmonar
  - d. Prueba radiológica o protocolo equivalente ✓
-

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El CVP es ideal para:

- a. Terapias prolongadas
- b. Quimioterapia
- c. Nutrición parenteral
- d. Terapias cortas y de bajo riesgo ✓

---

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En ECG domiciliario, un requisito esencial es:

- a. No limpiar la piel
- b. Colocar electrodos sin orden
- c. Minimizar el movimiento ✓
- d. Usar electrodos reutilizables siempre

---

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cámaras espaciadoras se recomiendan especialmente en:

- a. Pacientes con buena coordinación
  - b. Adultos jóvenes sin comorbilidades
  - c. Pacientes tratados solo con corticoides orales
  - d. Niños, ancianos o personas con poca coordinación ✓
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El sistema PICO® es especialmente útil porque:

- a. Es reutilizable
- b. Necesita depósito externo
- c. Es portátil y desechable ✓
- d. Genera presiones superiores a VAC

---

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El tratamiento básico de la úlcera venosa incluye:

- a. Antibióticos sistémicos siempre
- b. Compresión elástica ✓
- c. Vendaje rígido permanente
- d. Mirar la herida sin intervenir

---

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El transporte de muestras sanguíneas debe cumplir normativa sobre:

- a. Residuos orgánicos
  - b. Sustancias inflamables
  - c. Muestras biológicas ✓
  - d. Radiaciones ionizantes
-