

**Comenzado el** lunes, 19 de diciembre de 2016, 00:07  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** lunes, 19 de diciembre de 2016, 00:16  
**Tiempo empleado** 9 minutos 9 segundos  
**Puntos** 4,00/4,00  
**Calificación** **10,00** de un máximo de 10,00 (**100%**)

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿En qué orden deben asegurarse los cierres de la camilla de cuchara o tijera?

Seleccione una:

- a. Primero la parte de los pies y luego la cabeza.
- b. Primero la zona de la cabeza y luego pies. ✓
- c. Es indiferente.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Primero la zona de la cabeza y luego pies.

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En cuanto a la inmovilización del cuello con collarín cervical, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Seleccione una:

- a. Nunca soltaremos las cintas de velero sin sujetar el dispositivo.
- b. Debe ser colocado por dos sanitarios.
- c. Se compone de parte móvil y fija, así como ventana anterior y posterior.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En cuanto al uso del inmovilizador de cabeza para la inmovilización cervical, debemos tener en cuenta lo siguiente:

Seleccione una:

- a. Es un dispositivo diseñado para evitar la flexo-extensión de la cabeza.
- b. Debe ser utilizado en conjunto con un collarín cervical. ✓
- c. El sanitario que sujeta la cabeza, retirará sus manos antes de colocar los laterales del inmovilizador de cabeza.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Debe ser utilizado en conjunto con un collarín cervical.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En cuanto al uso de la camilla de cuchara. Señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Abrir las palas y colocarlas a ambos lados del paciente para medir su altura. ✓
- b. Levantaremos al paciente con seguridad para evitar su caída.
- c. Lo primero es ajustar su altura y luego colocar a ambos lados del paciente.
- d. La camilla de cuchara es un dispositivo para movilizar y no transportar.

La respuesta correcta es: Abrir las palas y colocarlas a ambos lados del paciente para medir su altura